



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 55.01.08.000.М.000024.01.21 ОТ 22.01.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека - ионизирующего излучения (согласно приложению).

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "АЛМАЗ" . 644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д.62. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "АЛМАЗ" . 644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д.62. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Омской области №55.01.08.000.М.000694.12.20 от 31.12.2020г. , экспертное заключение ООО "Центр независимых экспертиз" №293 от 22.12.2020г.

Заключение действительно до

31.12.2025 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3121327



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 55.01.08.000.М.000024.01.21 от 22.01.2021 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека - ионизирующего излучения
(согласно приложению).

Вид работ: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения.
Размещение: помещения клиники, 1-й этаж жилого дома, рентгеновский кабинет.

Набор помещений рентгеновского кабинета: процедурная.

Характеристика источников ионизирующего излучения:

1). Аппарат рентгеновский дентальный "MAX 70 HF/DC" № E7S117 производства "CSN Industrie S.r.l.", Италия, год выпуска - 2014. Режимы работы: 60 кВ, 6 мА, 0,08-0,13 сек. Вид работ: рентгенография, приемник изображения - цифровой (радиовизиограф RX2).

2). Аппарат рентгенодиагностический дентальный "Planmeca Pro One" №PRO0761287 производства "Planmeca Oy", Финляндия, год выпуска - 2017. Режимы работы: 64-70 кВ, 7 мА, 10,3 сек. Вид работ: рентгенография, приемник изображения - цифровой.

Ограничительные условия: работа с цифровыми приемниками изображения, при суммарной рабочей нагрузке не более 40 мА*мин/нед.

Лицо, ответственное за радиационную безопасность, радиационный контроль, учет и хранение ИИИ: врач-стоматолог Лобова Елена Александровна.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

П.А.Усков
Ф.И.О. подпись, печать

